

LZP.26.261. 1940.2019

Warszawa, dnia 11.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania pn: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ”
2019/S 083 – 196629

Nr sprawy: 09/ZP/2019

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU V, ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU V ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU V

Zamawiający:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ,
ul. Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa (dalej: Zamawiający) zawiadamia, że

1. unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu V, o której dokonaniu zawiadomił w dniu 20 sierpnia 2019 r., uznając za najkorzystniejszą ofertę MEDACCO Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Feliksa Przytkowskiego 45/U1;
2. odrzucił ofertę MEDACCO Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Feliksa Przytkowskiego 45/U1;
3. unieważnił postępowanie w zakresie Pakietu V.

Podstawa prawna odrzucenia oferty:

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP).

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Zamawiający prowadząc postępowanie przetargowe wskazał w Załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu V (zakup autoklawów), w części 2 Autoklawy-sterylizatory typ B w pozycjach 9, 11 i 12 następujące wymogi co do parametrów:

9 – objętość komory: min 18 litrów

11 - Maks. załadunek tekstylia: 1.8 kg

12 - Waga: maks. 44 kg

Wykonawca nie spełnił wymogów, gdyż dołączył do oferty Załącznik nr 2, w którym wskazane zostały inne parametry oferowanego produktu we wskazanym wyżej zakresie, tj.:

9 – objętość komory: min 17 litrów

11 - Maks. załadunek tekstylia: 2 kg

12 - Waga: maks. 45 kg

Zamawiający w toku postępowania nie wyraził zgody na zmianę SIWZ we wskazanym zakresie.

Niezgodność przedłożonych przez Wykonawcę załączników z treścią SIWZ nie jest oczywistą omyłką pisarską ani omyłką rachunkową w obliczeniu ceny podlegającą możliwej korekcie w trybie art. 87 ust. 2 lub art. 88 PZP. Zatem uznać należy, że oferta Wykonawcy we wskazanym wyżej zakresie jest niezgodna z treścią SIWZ.

Ewentualne zwrócenie się Zamawiającego do Wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści oferty, w tym przypadku wyjaśnienia dotyczącego załącznika nr 2 do oferty, doprowadziłoby do zmiany oświadczenia woli Wykonawcy, tym samym, do dokonania niedopuszczalnej zmiany w treści oferty.

PZP w art. 87 ust. 1 uznaje za niedopuszczalne prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji w zakresie złożonej oferty i dokonywanie w niej, poza wyjątkami określonymi w art. 87 ust. 2 PZP, jakiegokolwiek zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę realizując dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, która ma charakter obligatoryjny i nakłada na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez MEDACCO Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Feliksa Przypkowskiego 45/U1 była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w zakresie Pakietu V. Jak wskazano wyżej oferta ta jest ofertą podlegającą odrzuceniu. Tym samym, uwzględniając dyspozycję art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, należało unieważnić postępowanie w zakresie Pakietu V.

Otrzymują:

MEDACCO Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Feliksa Przypkowskiego 45/U1

DYREKTOR

lek. spec. Alina Chrapoń-Sura