

Warszawa, dnia 23.03.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące treści SIWZ

NR SPRAWY: 07/ZP/2020

Przetarg nieograniczony na: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Północ – dostawa autoklawów”

Pytania dotyczące SIWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni? Prośbę swą kierujemy ze względu na zaistniałą sytuację związaną ze stanem epidemiologicznym i utrudnieniami w procesie produkcyjnym, dostawczym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni.

Autoklawy - sterylizatory parowe typ A

1. Dot. pkt. 5- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 40 cm?
Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia o wysokości 40 cm. Wymagana wysokość minimalna urządzenia to 48 cm.
2. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach \emptyset 236x530 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuści komory o wymiarach \emptyset 236x530 mm. Wymagany wymiar komory to min. \emptyset 24 cm x 44 cm.
3. Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie całkowitej 60 kg?
Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia o masie całkowitej 60 kg. Wymagana waga maksymalna urządzenia to 49 kg.
4. Dot. pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wirnikową pompę próżniową zasilaną z wbudowanych zbiorników, których uzupełnianie działa w trybie automatycznym z bezpośredniego podłączenia do instalacji wodnej?
Odp. Zamawiający nie dopuści wskazanego w pytaniu urządzenia.
5. Dot. pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści komorę wykonaną z równoważonej stali 304? Przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach pracy autoklawów parowych nie przekraczających 134 st.C wymaganie stopu stali jakości 316 Ti jedynie podnosi znacząco cenę sterylizatora bez wpływu na wydłużenie żywotności komory czy lepsze wykonywanie cykli sterylizacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wykonania komory z innej stali niż 316 Ti.

6. Dot. pkt. 23- Czy Zamawiający dopuści poniższe programy:

134°C Program uniwersalny,

całkowity czas cyklu na wsad 2,5 kg: 30 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca. 40 min

134°C Szybki program S

całkowity czas cyklu na wsad 2.5 kg: 15 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerywania suszenia poprzez użytkownika) cały cykl ca. 35 min

134°C Szybki program B

całkowity czas cyklu na wsad 2.5 kg: 30 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca. 40 min

121°C program ochronny

18 minut czas wyjąławiania plus 15 minut czas suszenia Cały cykl ca. 55 min

134°C Prion-program

20 minut czas wyjąławiania plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca 51 min.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymienione w OPZ wymagane programy jednoznacznie wskazują na urządzenie wytwarzane wyłącznie przez firmę MELAG co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odp. Zamawiający dopuści wskazane programy.

7. Dot. pkt. 24 - Czy Zamawiający przy zmianie parametrów zobowiąże się do wykonywania walidacji nowo powstałych przez firmę zewnętrzną w celu stwierdzenia poprawności działania nowego cyklu? Jeśli nie prosimy o wykreślenie wymogu jako niezgodnego z obecnym prawem.

Odp. Zamawiający przy zmianie parametrów skorzysta z pomocy producenta urządzenia co wiąże się również z przeprowadzeniem ponownej walidacji. Dopuszcza się przeprowadzenie walidacji nowego oprogramowania jedynie przez producenta urządzenia.

8. Dot. pkt. 35 - Czy Zamawiający udostępni dostęp do wewnętrznej sieci placówki oraz łącze internetowe do zdalnego przyłączenia się do autoklawu?

Odp. Powyższe będzie możliwe na specjalną prośbę serwisu po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu awarii przez użytkownika urządzenia.

9. Dot. pkt. 35 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zdalnego przyłącza diagnostycznego? Zapis ten jest charakterystyczny dla urządzeń firmy MELAG co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odp. Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

10. Dot. pkt. 42- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max poborem 2500 Watt?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia z max poborem 2500 Watt. Wymagany max pobór to 2100 Watt.

Autoklawy - sterylizatory parowe typ B

1. Dot. pkt.5- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 40 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia o wysokości 40 cm. Wymagana wysokość minimalna urządzenia to 48 cm.

2. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą \emptyset 23.6 cm x 38.1 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia z komorą \emptyset 23.6 cm x 38.1 cm. Wymagany wymiar komory to min. \emptyset 24 cm x 34 cm.

3. Dot. pkt. 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści maksymalny załadunek instrumentów 4 kg a tekstyliów 1 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia, dla którego maksymalny załadunek instrumentów wynosi 4 kg a tekstyliów - 1 kg. Wymagany maksymalny załadunek to 5 kg dla instrumentów i 1,8 kg dla tekstyliów.

4. Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści sprzęt o wadze maksymalnej 56 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia o wadze maksymalnej 56 kg. Wymagana maksymalna waga to 45 kg.

5. Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wirnikową pompą tak jak ma to miejsce w opisie autoklawu typu A?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia z pompą wirnikową. Zastosowana pompa ma być pompą membranową.

6. Dot. pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści poniższe programy:

134°C Program uniwersalny

całkowity czas cyklu na wsad 2,5 kg: 30 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca. 40 min

134°C Szybki program S

całkowity czas cyklu na wsad 2.5 kg: 15 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia (możliwość przerwania suszenia poprzez użytkownika) cały cykl ca. 35 min

134°C Szybki program B

całkowity czas cyklu na wsad 2.5 kg: 30 minut (5 minut czas wyjąławiania) plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca. 40 min

121°C program ochronny

18 minut czas wyjąławiania plus 15 minut czas suszenia

Cały cykl ca. 55 min

134°C Prion-program

20 minut czas wyjąławiania plus 10 minut czas suszenia cały cykl ca 51 min.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymienione w OPZ wymagane programy jednoznacznie wskazują na urządzenie wytwarzane wyłącznie przez firmę MELAG co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych

Odp. Zamawiający dopuści wskazane programy.

7. Dot. pkt. 33- Prosimy o doprecyzowanie na jakiej zasadzie ma współpracować oprogramowanie autoklawu z myjnią termo dezynfektorem? Jednocześnie

informujemy, iż współpraca sterowników urządzeń może się odbywać tylko i wyłącznie w przypadku urządzeń tego samego producenta ponieważ postępowanie dotyczy zakupu wysłanie autoklawu prosimy o wykreślenie wymogu.

Odp. Autoklaw jest przystosowany do pracy z myjnią dezynfektorem. Istnieje możliwość archiwizacji całego ciągu dekontaminacji instrumentów wielokrotnego użytku poprzez skonfigurowanie za pomocą oprogramowani Melatrace

- sterylizator z dezynfektorem i zgrzewarką

- gdzie otrzymujemy wydruki z kodem kreskowym w którym zawarte są informacje o poszczególnych procesach (mycia ciśnieniowego w dezynfektorze, pakowaniu, sterylizacji w autoklawie z wszystkimi parametrami fizycznymi).

Naklejki z kodem kreskowym naklejamy na sterylne pakiety i po rozpakowaniu pakietu istnieje możliwość wklejenia dokumentacji przebiegu procesu z kodem kreskowym do karty pacjenta, a do odczytu przebiegu procesu dekontaminacji służy czytnik laserowy kodu kreskowego.

8. dot. pkt. 35- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zdalnego przyłącza diagnostycznego ?

Zapis ten jest charakterystyczny dla urządzeń firmy MELAG co jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odp. Zamawiający dopuści w/w urządzenie.

9. Dot. pkt. 41- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max poborem 2400 Watt?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia z max poborem 2400 Watt. Wymagany max pobór to 2100 Watt.

Autoklawy - sterylizatory parowe typ C

1. Dot. pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 54 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia o głębokości 54 cm. Wymagana min. głębokość to 60 cm.

2. Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści komorę Ø 380x690 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści komory Ø 380x690 mm. Wymagane minimalne wymiary komory to Ø410x610 mm.

3. Dot. pkt. 15 - Prosimy o wykreślenie opisu wersji sterylizatora MV jako jednoznacznie wskazującego na konkretny wyrób.

Odp. Ze względu na posiadane już urządzenia i specyfikę przyłączy wodno-kanalizacyjnych, Zamawiający nie może dokonać wskazanej wyżej zmiany.

4. Dot. pkt. 35 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 9000 Watt?

Odp. Zamawiający nie dopuści urządzenia z max poborem 9000 Watt. Wymagany max pobór to 7000 Watt.

Dyrektor

ALINA CHRABOŁ - SURA